

TARTI ALETİ KALİBRASYONU İÇİN KÜTLE SEÇİM TABLOSU

d	0.1 mg	1 mg	0.01 g	0.1 g	0.5 g	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	0.1 kg	0.2 kg	0.5 kg
Max														
100 g	E2	F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 g	E2	F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 g	E2	E2	F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 g	E2	E2	F1	M1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 g	-	E2	F1	M1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 g	-	E2	F1	M1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 g	-	E2	F1	M1	M1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500 g	-	E2	F1	M1	M1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 kg	-	E2	E2	F1	M1	M1	-	-	-	-	-	-	-	-
6 kg	-	-	E2	F1	M1	M1	M1	-	-	-	-	-	-	-
15 kg	-	-	E2	F1	F1	M1	M1	M1	-	-	-	-	-	-
30 kg	-	-	-	E2	F1	F1	M1	M1	M1	-	-	-	-	-
60 kg	-	-	-	-	E2	F1	F1	M1	M1	M1	-	-	-	-
100 kg	-	-	-	-	-	F1	F1	M1	M1	M1	M1	-	-	-
150 kg	-	-	-	-	-	F1	F1	F1	M1	M1	M1	-	-	-
300 kg	-	-	-	-	-	-	F1	F1	F1	M1	M1	M1	-	-
600 kg	-	-	-	-	-	-	-	F1	F1	F1	M1	M1	M1	-
1500 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	F1	F1	M1	M1	M1	M1
3000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F1	F1	M1	M1
6000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F1	F1	M1

KÜTLE TOLERANS TABLOSU

Sınıf	E1	E2	F1	F2	M1	M2	M3
Nominal	± mg	± mg	± mg	± mg	± mg	± mg	± mg
1 mg	0.002	0.006	0.020	0.06	0.2		
2 mg	0.002	0.006	0.020	0.06	0.2		
5 mg	0.002	0.006	0.020	0.06	0.2		
10 mg	0.002	0.008	0.025	0.08	0.25		
20 mg	0.003	0.010	0.03	0.10	0.3		
50 mg	0.004	0.012	0.04	0.12	0.4		
100 mg	0.005	0.015	0.05	0.15	0.5	1.5	
200 mg	0.006	0.020	0.06	0.20	0.6	2.0	
500 mg	0.008	0.025	0.08	0.25	0.8	2.5	
1 g	0.010	0.030	0.10	0.3	1.0	3	10
2 g	0.012	0.040	0.12	0.4	1.2	4	12
5 g	0.015	0.050	0.15	0.5	1.5	5	15
10 g	0.020	0.060	0.20	0.6	2.0	6	20
20 g	0.025	0.080	0.25	0.8	2.5	8	25
50 g	0.030	0.10	0.30	1.0	3.0	10	30
100 g	0.05	0.15	0.5	1.5	5	15	50
200 g	0.10	0.30	1.0	3.0	10	30	100
500 g	0.25	0.75	2.5	7.5	25	75	250
1 kg	0.50	1.5	5	15	50	150	500
2 kg	1	3.0	10	30	100	300	1000
5 kg	2.5	7.5	25	75	250	750	2500
10 kg	5	15	50	150	500	1500	5000
20 kg	10	30	100	300	1000	3000	10000
50 kg	25	75	250	750	2500	7500	25000